โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD)
เรื่อง **"มาตรฐานรถช่วยชีวิต"**

รหัสเอกสาร

SD-MSO-04-1069

	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	วัน เดือน ปี
ผู้จัดทำ	นายวิชาญ พูลเงิน	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		1 . . 69
ผู้ทบทวน (1)	นพ.โสภณ คละวรรณดี	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา		1 . . 69
ผู้ทบทวน (2)	นางโกสุม บำรุงพันธุ์	ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล		1 . . 69
ผู้อนุมัติ	นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา	ประธานองค์กรแพทย์		1 . . 69

เรียบเรียงและจัดเก็บ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน นพ.ไพศาล สหพัฒนา
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

มาตรฐานรถช่วยชีวิต

ข้อความมาตรฐาน	กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานรถช่วยชีวิต	1.รถเข็นมีล้อเลื่อน 2.มียาจำเป็นในการช่วยชีวิตและยาเสริมเฉพาะหน่วยงานที่กำหนด 3.มีสารน้ำและอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ อุปกรณ์ในการช่วยหายใจและช่วยชีวิตตามที่กำหนด 4.จัดเก็บเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดของหอผู้ป่วย / หน่วยงาน 5.มีการตรวจสอบรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน ทุกเวร ทุกวัน โดยพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย / หน่วยงาน และมีการบันทึกตรวจสอบ 6.มีการทำความสะอาดรถช่วยชีวิตโดยหลังการใช้งานทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 2 2.1 มาตรฐานยาจำเป็นในการช่วยชีวิต	1.ยาจำเป็นในการช่วยชีวิตชุดใหญ่ (Set ยา Emergency size L) ได้แก่ Adrenaline จำนวน 20 Amps Adenosine จำนวน 3 Vials Atropine จำนวน 6 Amps 10%Calcium gluconate จำนวน 5 Amps 7.5% NaHCO3 จำนวน 2 Amps Amiodarone จำนวน 3 Amps 50%Glucose 50CC จำนวน 1 Vial Diazepam จำนวน 2 Amp 10% MgSO4 จำนวน 1 Amps
2.2มาตรฐานยาจำเป็นในการช่วยชีวิต **ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด**	2. .ยาจำเป็นในการช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กแรกเกิด Adrenaline จำนวน 5 Amps 7.5% NaHCO3 10 ml จำนวน 2 Amps
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานสารน้ำและอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ	มาตรฐานสารน้ำและอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ ได้แก่ NSS 1000 CC จำนวน 1 ขวด NSS 100 CC จำนวน 1 ขวด 10%D/W 100 CC จำนวน 1 Vial Set IV fluid จำนวน 3 set Extension จำนวน 3 set Medicut No.18,20,22 อย่างละ 5 อัน Three way จำนวน 3 อัน Extension c̄ T จำนวน 3 อัน Plaster จำนวน 1 ม้วน กรรไกร จำนวน 1 อัน สายยางรัดแขน จำนวน 1 เส้น ถุงมือสะอาด จำนวน 1 กล่อง สำลีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 กระปุก Syringe Plastic ขนาด 2,5,10,20 cc อย่างละ 5 เครื่อง Syringe Plastic ขนาด 50 cc จำนวน 2 เครื่อง

ข้อความมาตรฐาน	กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
	เข็มฉีดยา 18,20/21,24 อย่างละ 10 เล่ม ใบเลื่อย จำนวน 2 อัน Tegaderm 6x7 cm จำนวน 5 แผ่น <u>หมายเหตุ</u> - หอผู้ป่วยเด็กใช้ Syringe Insulin ตามความเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานอุปกรณ์ช่วยในการหายใจและช่วยชีวิต	1.Laryncoscope ประกอบด้วย -Handle, Blade ตรง/Bladeโค้ง อย่างน้อย 1 ชุด 2.Endotracheal tube (6.5,7,7.5,8) อย่างน้อยขนาดละ 1 อัน 3.Magill forceps อย่างน้อย 1 อัน 4.Resuscitator bag, reservoir bag, face mask, สายต่อออกซิเจน อย่างน้อยอย่างละ 1 อัน 5.Oropharyngeal airway ใหญ่(size3,4),เล็ก(size1,2) อย่างละ 1 อัน 6.ไม้กดลิ้น จำนวน 1 อัน 7.Guide wire จำนวน 1 -2 อัน 8.หมอนทรายขนาด 1000 cc/หมอนรอง occiput จำนวน 1 ใบ 9.ไฟฉายพร้อมถ่าน จำนวน 1 อัน 10.Face shield / แว่นตา อย่างน้อยอย่างละ 1 อัน 11.ไม้กระดานรองหลัง จำนวน 1 อัน 12.พลาสเตอร์ผ้า Stap tube, Roll guze อย่างละ 1 ม้วน <u>หมายเหตุ</u> - Endotracheal tube หอผู้ป่วยเด็กตามความเหมาะสมไม่เกินขนาดละ 3 อัน - Resuscitator bag (Ambu), reservoir bag, face mask, สายต่อออกซิเจน หอผู้ป่วยอภิบาลรำไพพรรณี มีอยู่ทีเตียงเนื่องจากเด็กขนาดแตกต่างกัน - Oropharyngeal airway tube หอผู้ป่วยเด็กตามความเหมาะสม -ไม้กระดานรองหลัง หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิดไม่ใช้
มาตรฐานที่ 5 การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง Defibrillator	1.ตรวจสอบอุปกรณ์ได้แก่ กระดาษบันทึก, เจล Defib , อีเลคโทรด , Adhesive Pads ว่ามีเพียงพอ และใช้งานได้อยู่เสมอ 2.สาย Lead และสาย Adapter cable ใช้น้ำสบู่ทำความสะอาด (เช็ด alcohol ได้เป็นครั้งคราว เช็ดบ่อย ๆ สายจะกรอบ ชำรุดง่าย) 3.ตัวเครื่อง Defibrillator ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด 4.หลังใช้งานถ้า Paddles เปื้อนเจล ต้องทำความสะอาด Paddles ให้แห้งก่อนเก็บเข้าช่องเก็บ Paddles 5.แบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator ชาร์จไฟตามที่บริษัทกำหนด 6.ทดสอบการทำงานของเครื่อง Defibrillator ให้พร้อมใช้งานทุกวันเวรเช้าโดยผู้รับผิดชอบประจำหอผู้ป่วย 7. พิมพ์ผลการทดสอบการทำงานของเครื่อง Defibrillator ทุกสัปดาห์